



MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE L'HYGIÈNE
PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union Discipline Travail

« Projet pilote de lutte intégrée contre les MTN à manifestation cutanée de prise en charge intensive de cas en Côte d'Ivoire »

Termes De Reference

**ACHAT D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS DESTINES AU
PAVILLON DE LUTTE CONTRE LES MTN CUTANÉES DE
SAN PEDRO**

Imputation budgétaire : Activité 2.6.1

FONDATION
anesvad

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) sont un groupe de vingt (20) maladies transmissibles qui sévissent dans les pays pauvres, qui gâchent la vie d'environ un milliard et demi de personnes dans le monde et mettent en péril la santé de plusieurs millions d'autres gens.

Deux (2) stratégies majeures de lutte sont appliquées : la Chimiothérapie préventive de masse et la Prise en Charge des Cas selon l'approche intégrée.

C'est dans ce cadre qu'un projet pilote de lutte intégrée contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) à manifestation cutanée de prise en charge intensive de cas, est proposé par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), à travers le Programme National de lutte contre l'Ulcère de Buruli (PNLUB) en collaboration avec le Programme National d'Élimination de la Lèpre (PNEL), avec le soutien financier et technique de la Fondation Anesvad.

Ce projet est mise en œuvre dans six (6) districts sanitaires que sont Bouaké Nord-Ouest, Sakassou, Daloa, Yamoussoukro, Divo et San Pedro. Il a pour objectif principal de « Contribuer à l'éradication du pian, à l'élimination de la lèpre, et au contrôle de l'ulcère de Buruli suivant les objectifs 2030 de l'OMS » tout en assurant le plein droit à la santé de la population

Les composantes majeures sont :

- la sensibilisation et la détection précoce/notification de cas,
- la prise en charge globale, effective et de qualité des personnes affectées (détenteurs de droits) par les MTN à manifestation cutanée y compris les autres dermatoses dépistées au cours de la mise en œuvre des activités,
- le renforcement du plaidoyer, la coordination, le suivi, l'évaluation et la surveillance de la lutte contre ces maladies.

En vue d'assurer la prise en charge globale effective et de qualité, il est nécessaire de s'appuyer sur les unités spéciales de prise en charge globale. Ces centres spécialisés existent dans cinq(5) districts sanitaire sauf San Pedro. C'est pourquoi, le Ministère de la Santé a entrepris la construction d'un pavillon de lutte contre les MTN depuis le 4 juillet grâce à un financement de la Fondation ANESVAD.

Les travaux de construction étant à plus de 77% réalisés, le PNLUB envisage d'entamer le processus d'acquisition du matériel et équipement tel que prévu par la ligne budgétaire 2.6.1.

C'est dans ce cadre que ces présents TDR sont élaborés en vue de procéder à l'appel d'offre et à la sélection d'un prestataire pour fournir le matériel et l'équipement tel que indiqué dans le manuel de procédure.

II. OBJECTIFS

Equiper le pavillon de lutte contre les MTN de San Pedro

III. METHODOLOGIE

La passation de marché sera conduite par appel d'offre ouvert tel que défini par le manuel de procédure de gestion des projets Anesvad.

Le matériel et équipement, sont classés en deux lots :

- Lot 1 : matériel Bio médical
- Lot 2 : matériel et mobilier de bureau

Tout soumissionnaire est libre de postuler pour les deux lots ou pour l'un des lots.

Les soumissionnaires déposeront les offres techniques et financières contre la somme de 50 000 FCFA. Cette somme obligatoire n'est pas remboursable.

Les soumissions porteront les numéros **CF 04/2023** (lot1) et **CF 05/2023** (Lot2) et seront déposés en version physique en trois exemplaires et en version numérique aux adresses indiquées suivantes :

- Dépôt physique au PNLUB, sis Cocody Faya, carrefour Coqivoire, tel 07 49 905 029
- Dépôt électronique : pnlub2017@gmail.com; koaboapaul@gmail.com; nerea@ecode.es

Après dépôt des soumissions dans le délai indiqué, l'équipe de gestion du projet sera l'entité qui procédera au dépouillement des offres, à leur analyse et à la sélection de l'attributaire. Elle pourrait se faire assister par un spécialiste de la DIEMP en la matière. Une grille d'évaluation servira de support pour cette sélection.

Les Soumissionnaires auront le droit d'assister à l'ouverture de plis.

A l'issue du choix de l'attributaire par l'équipe de gestion, le procès-verbal de sélection et le courrier de demande d'avis de non objection seront envoyés au partenaire technique et financier Anesvad. Une fois approbation obtenue d'Anesvad, la notification sera faite au(x) fournisseur(s) sélectionné(s).

Une réunion de cadrage entre le(s) fournisseur(s) sélectionné et l'équipe de gestion permettra de définir le processus de livraison du matériel et équipement.

IV. CHRONOGRAMME INDICATIF DU PROCESSUS

| Etape | Tâches | Durée | Responsable |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | <i>Consultation et collecte des offres</i> | <i>5 jours ouvrables</i> | <i>Coordonnateur projet</i> |
| 2 | <i>Analyse des Offres et choix du fournisseur</i> | <i>1 jour</i> | <i>Equipe de gestion</i> |
| 3 | <i>Elaboration du PV de sélection et attribution du marché</i> | <i>1 jour</i> | <i>Equipe de gestion et DC PNLUB</i> |
| 4 | <i>Réunion de cadrage avec le fournisseur</i> | <i>1 jour</i> | <i>Equipe de gestion</i> |
| 5 | <i>Mise à disposition des commandes par le fournisseur</i> | <i>7 jours ouvrables</i> | <i>Prestataire sélectionné</i> |

Une fois le(s) soumissionnaire(s) retenu(s), il disposera de 07 jours ouvrable pour la livraison sur site c'est-à-dire à l'hôpital général de San Pedro après vérification à Abidjan dans les locaux du prestataire de la conformité des caractéristiques et des quantités des équipements.

Une fois à San Pedro, une autre vérification sera faite avant la signature du bordereau de livraison par le PNLUB/PNEL et les responsables sanitaires du district sanitaire de San Pedro.

V. RESSOURCES HUMAINES

- Les membres de l'équipe de gestion ;
- Le DC PNLUB.
- DD San Pedro
- Directeur de l'hôpital de San Pedro
- Technicien de la DIEMP

VI. DESCRIPTIFS DES EQUIPEMENTS

Lot 1 : Equipements médicaux

| N | LIBELLES | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|----------|--|--|-----------------|
| 1 | Armoire vestiaire pour infirmier en salle de garde | Vestiaire chambre patient pour rangement des effets personnels. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Structure stratifié ou mélaminé - 2 portes battantes à 270° - Etagère totale en partie supérieure - Penderie ou tringle - Piètement avec embouts permettant la désinfection sous le meuble - Dimensions : approx. (L x P x H) : 600 x 560 x 1800 mm NB : une armoire est utilisée par 2 patients | 1 |
| 2 | Autoclave de paillasse | Pour les centres électrifiés Contrôle automatique et numérique ; Diamètre de la chambre x profondeur : 10 x 18 pouces ; Capacité : 23 litres ; Comprend 4 tablettes en acier inoxydable (6,7 x 16,3 pouces) Comprend : minuterie de 60 minutes, pompe à air pour séchage à porte fermée, réservoir de 3,25 litres et alarme de niveau d'eau bas. Plage de températures : 105 à 137 ° C Conçu avec des cycles préchargés pour la stérilisation des packs, des sachets, des portoirs de pipettes scellés et des instruments emballés ou non. Temps de chauffage jusqu'à 134 ° C (273 ° F): 30 minutes. La pompe à air fait circuler de l'air chaud après le cycle de stérilisation pour assurer un séchage complet et réduire le temps de séchage. | 1 |
| 3 | Bac de désinfection | Bac non autoclavable Bac de trempage, le nettoyage et la désinfection de l'instrumentation souillée Volume total : 20 à 25Litres Avec panier et couvercle plein | 4 |
| 4 | Bassin de lit | Bassin de lit, Plastique blanc Autoclavables | 23 |

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| 5 | Boite à pansement | <p>Spécification standard ONU qualité acier AISI 410 ou équivalent</p> <p>Ciseaux à bandage Lister 14cm</p> <p>Ciseaux d'opération Deaver droit B/B 14cm</p> <p>Pincette standard 14,5cm droite 1x2 dents</p> <p>Pincette pour pouce et tissus 14,5cm</p> <p>Pincette hémostatique Pean modèle fin droite 14cm</p> <p>Doyen cannelé courbé 14cm</p> <p>Boîte d'instruments 180x80x40 mm</p> <p>Bistouri fixe manche plat lame concave</p> | 4 |
| 6 | Boite à suture | <p>Un standard spécification qualité acier AISI 410 ou équivalent</p> <p>Boite en inox : 18 x 8 x 4 cm</p> <p>Ciseaux Dauphin 14 cm droits</p> <p>Paire de ciseaux Iridectomie 11 cm</p> <p>Pince à disséquer 14 cm avec griffes</p> <p>Pince à dissection 14 cm sans griffes</p> <p>Pince Kocher 14 cm avec griffes</p> <p>Pince de Halstead courbe 13 cm avec griffes</p> <p>Pince de Halstead droite 13 cm avec griffes</p> <p>Pince à échardes 11 cm</p> <p>Pince cannelée 14 cm</p> <p>Porte aiguille Mayo Hegar 14 cm droit</p> <p>Manche de bistouri n°3</p> <p>Porte coton 14 cm</p> <p>Pince cannelée 14 cm</p> <p>Porte aiguille Mayo Hegar 14 cm droit</p> <p>Manche de bistouri n°3</p> <p>Porte coton 14 cm</p> | 3 |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|----|
| 7 | Boîte de greffe de peau | <ul style="list-style-type: none"> - 1 ciseaux Metzembraum droit 18 cm - 1 ciseaux iridectomie droit 11,5 cm - 2 crochets gillies 18 cm - 1 compas castroviejo - 1 manche de bistouri n°4 - 1 dermatome Braithwaite modifié Humby - 4 écarteur trachéal pointu 2 dents, 16 cm - 1 Boîte inox 35 x 18 x 8 - 1 port-aiguille Halsey 13 cm - 1 pince Adson A/G, 12 cm - 1 port-aiguille Crile-Wood, 15 cm - 1 pince Mixter O'Shaugnessy 90° 14 cm baby - 1 règle inox 30 cm | 4 |
| 8 | Paire de Bottes de chirurgies | Matériel: Caoutchouc naturel Imperméable antidérapant | 10 |
| 9 | Chariot à instrument | <p>Fonction : Destiné au transport du petit matériel et des instruments</p> <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction entièrement en acier inoxydable, de diamètre 30 mm - Deux (2) niveaux équipés de plateaux en acier inoxydables de 600 x 400 mm <ul style="list-style-type: none"> * niveau supérieur : plateau estampé de 60 mm de profondeur démontable * niveau inférieur : plateau fixe - Bâti monté sur quatre roues de diam. 75 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins - Dimension : 900 x 400 x 800 | 2 |
| 10 | Chariot de soins | Construction entièrement en acier inoxydable. Bâti monté sur quatre roulettes de diamètre minimale 100 mm équipées de roulements à billes. Pare choc annulaire à chaque angle. Deux niveaux équipés de plateaux en acier inoxydable avec galerie. Niveau bas comprenant une poubelle incorporée de capacité 10 litres, seau plastique amovible. Niveau supérieur équipé d'un tiroir en acier inoxydable avec une butée de fin de course. Rack de rangement pour produits de soins en flacons plastique (non compris), capacité totale minimale 6 flacons. Dimensions approximatives : longueur 60 cm ; largeur 40cm ; hauteur 85 cm. | 1 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 11 | Dermatome manuel avec 50 lames | <p>TYPE: Hamby</p> <ul style="list-style-type: none"> • - La tête permet une coupe précise, en particulier dans les zones problématiques et la chirurgie pédiatrique • - Conception sans fil, à batterie • - Épaisseur du greffon de 0,0 à 1,2 mm (0,000 – 0,048 ") par incréments de 0,1 mm (0,008") • - Le réglage de l'épaisseur peut être fixe pour empêcher un changement accidentel de l'épaisseur du greffon pendant la coupe <p>Livré avec : 50 jeux de lames</p> | 1 |
| 12 | Dermatoscope | <ul style="list-style-type: none"> - Manche à piles - Deux embouts cutanés: un gradué et un non gradué - Possibilité de choisir entre l'éclairage XL 3,5 V au xénon et l'éclairage halogène HL 2,5 V – - Grossissement de la structure cutanée au facteur 10, grâce à la lentille achromatique à focale variable <p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 boîtier de protection contre la poussière, - 1 embout cutané à graduation. | 1 |
| 13 | Dermojet | <p>Permet d'injecter tous types de liquides (anesthésiants, corticoïdes, vaccins...) par projection intradermique, sans aiguille, sans douleur, et sans contact avec la peau du patient.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatique - en forme de pistolet - Jusqu'à 1000 injections/hr - Support de flacon orientable | 1 |
| 14 | Escabeau 2 marches | <p>Forte construction</p> <p>Matériel : tube en acier inoxydable</p> <p>Taille 54X40X40 cm</p> <p>Surface antidérapante</p> | 3 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 15 | <p>Expanseur de greffe avec 20 plaques pour expanseur</p> | <p>Système de préparation de greffe de peau</p> <p>dispositif utilisé pour réaliser différents rapports d'expansion de peau réticulaire ou de morceaux de peau carrée pour la greffe pendant la chirurgie des brûlures et la chirurgie plastique</p> <p>Il est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cadre principal, - 1 rouleau d'alimentation continue, - 2 rouleaux d'expansion et de coupe, - 1 poignée à cliquet - 2 boîtes de support de greffe de peau. <ul style="list-style-type: none"> • les différents types de rouleaux <p>Pour la fonction carrée : 3x3mm,4x4mm,5x5mm,7x7mm,10x10mm,12x12mm,20x20mm Pour la fonction Mesher :</p> <p>1:1,1.5:1,2:1,3:1,4:1,4.5:1,5:1,6:1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Différentes spécifications de porte-greffe <p>Pour la fonction carrée : 100x100mm,150x150mm</p> <p>Pour la fonction Mesher :</p> <p>Stérilisable à la vapeur</p> <p>Livré avec 20 plaques pour expanseur de greffes</p> | 1 |
| 16 | <p>Fauteuil roulant</p> | <p>Fauteuil roulant avec repose-jambes fixe</p> <p>Cadre en acier chromé Accoudoir fixe</p> <p>Repose-pieds détachable Roulettes pleines et roue arrière Pliable</p> | 2 |
| 17 | <p>Jeu de curettes dermato</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Curette fine, pleine, petit manche. - Longueur : 150 mm. - Diamètre: 1 mm . | 1 |

| | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 18 | Lampe loupe d'examen | <p>Loupe avec lampe Structure métallique Lampe à hauteur réglable Type de lampe: tube circulaire fluorescent de 22W Loupe de 5 dioptries Réflecteur en matière plastique très résistant. Lentille de diamètre: 125mm Piètement en PVC avec cinq roues diamètre 50mm Dimensions : 55x55x110-190H cm Livré avec 2 ampoules de rechange et tous les accessoires nécessaire à son fonctionnement</p> | 1 |
|----|----------------------|---|---|

| | | | |
|----|---|---|----|
| 19 | Lit d'hospitalisation mobile 4 sections + matelas | <ul style="list-style-type: none"> - Le cadre du lit en enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS, - Deux fonctions pouvant être contrôlé par une manivelle : <ul style="list-style-type: none"> • Dossier : 0-70°_{+2°}; • Repose genou : 0-35°_{+2°} - Dispositif de protection aux quatre coins, avec emplacement pour tige à sérum. - Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels/ - Dimension du couchage : environ 190 x 90 cm | 23 |
|----|---|---|----|

| | | | |
|----|--|--|---|
| 20 | Lot de cuvettes réniformes | <p>Fonction : Petite cuvette destinée aux soins, de forme réniforme permettant son application aisée au contact du patient</p> <p>Spécifications Techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuvette en inox, rebords arrondis sans risque de coupures. - Modèle empilable permettant un rangement aisé. - Pouvant passer à l'autoclave et en étuve à chaleur sèche à 160°C - Lot 4 cuvettes réniforme, Composition (dimension Lxlxh=H approximative) : <ul style="list-style-type: none"> *16 cm x 8 cm x 4,5 cm. *20 cm x 12 cm x 4,5 cm. *24 cm x 12 cm x 4,5 cm. *28 cm x 12 cm x 4,5 cm. | 1 |
| 21 | Lot de plateaux à instruments | <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot de 3 plateaux de forme rectangulaire en inox avec bords arrondis et relevé, en acier inoxydable. - Pouvant passer à l'autoclave et en étuve chaleur sèche à 160°C. - Compositions : <ul style="list-style-type: none"> * 2 plateaux : a) 590 x 390 x 60 mm, b) 390 x 290 x 60 mm * 3 plateaux : a) 340 x 220 x 35 mm, b) 320 x 170 x 35 mm, c) 230 x 150 x 35 mm | 2 |
| 22 | Lot de tambour (3 tailles différentes) | <ul style="list-style-type: none"> - Avec éclipses latérales - Avec couvercle à charnière - En inox - Dimensions (Ø x h) : 390 x 490 mm 240 x 240 mm 125 x 125 mm | 2 |
| 23 | Lunettes de protection | <p>Revêtement antibuée : vision claire</p> <p>Revêtement antibuée double face</p> <p>Anti-gouttelettes</p> <p>Anti-choc</p> <p>matériau transparent HD. Pas de brouillard. Protection à 360 ° des yeux.</p> <p>Conception de grande lentille : peut être utilisée avec des lentilles myopes.</p> <p>Léger et doux : s'adapte sur la plupart des visages ; lentilles en polycarbonate aérospatial; meilleur confort, adapté pour un port de longue durée.</p> <p>Cadre de visage souple : cadre et coussinets de visage doux ; meilleur ajustement</p> | 5 |

| | | | |
|----|---------------------|--|----|
| 24 | Négatoscope 1 plage | <p>Lampe type lumière du jour ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interrupteur bipolaire étanche ; - Fusibles de sécurité bipolaires ; - Cordon indépendant du coffret. <p>Certification CE électrique et électromagnétique Dimensions L x L : 400x425mm.</p> | 1 |
| 25 | Paravent | <ul style="list-style-type: none"> - Paravent mobile en 3 volets - Cadre et piétement en acier chromé - Rideau en plastique lavable - Monté sur roulettes <p>Dimensions approximative par plis: L 150 cm x 42 à 50 cm x 167 H cm</p> | 3 |
| 26 | Pèse-personne | <p>Fonction : Destiné à la prise de poids</p> <p>Spécifications techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecture directe par aiguille - Cadran entièrement visible - Châssis en tôle d'acier recouvert d'un tapis antidérapant - Portée de 150 kg avec une graduation 1000g | 3 |
| 27 | Pissette plastique | <p>Plastique</p> <p>Réutilisable pissette 250ml</p> | 4 |
| 28 | Porte serum | <p>Hauteur réglable 115-210 cm Avec dispositif de blocage à toute hauteur</p> <p>Acier inoxydable</p> <p>Nombre de crochets: 4</p> <p>4 roulettes</p> | 25 |
| 29 | poubelle à pédale | <p>Fonction : Collecte des déchets de toute sorte, pansements, cotons, ... avec fermeture par couvercle et commande à pied</p> <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau récepteur en plastique amovible avec poignée de transport, étanche aux liquides. - Enveloppe extérieure métallique, avec pédale de commande d'ouverture à pied et couvercle étanche. - Capacité minimale 10 litres. | 2 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 30 | punch à biopsie | <ul style="list-style-type: none"> - Boite de 10 punches à biopsie stériles, - emballées individuellement. - disposent d'une bordure tranchante sans soudure en acier inoxydable dotés d'un manche strié <p>Les différentes tailles</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 mm • 1,5 mm • 2 mm • 2,5 mm • 3 mm • 3,5 mm • 4 mm • 5 mm • 6 mm • 7 mm • 8 mm | 1 |
| 31 | Réfrigérateur/Congélateur (de conservation d'échantillon et autres pièces) | <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigérateur comprenant deux (2) compartiments distincts l'un à -18 °C (volume: 80 litres), l'autre de 2 à 10°C (vol brut 200 litres). - Modèle domestique/ménager indépendant, fonctionnant à l'électricité (220 V – 50 Hz) - Extérieur en tôle émaillée et intérieur en plastique moulé ou aluminium avec compartiments. - Dégivrage automatique avec évaporation automatique de l'eau et commande manuelle - Voyant de présence tension et voyant de fonctionnement du groupe - Bacs amovibles en partie basse - Voyant alarme : arrêt congélation. | 1 |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|----|
| 32 | stéthoscope | <ul style="list-style-type: none"> - Appareil A membrane flottante et double pavillon en acier inoxydable Livré avec les accessoires définis ci-dessous - Bague en plastique anti-froid ou équivalent sur chaque pavillon - Double tubulure en matériaux renforcé - Ressort de rappel, lyres orientées - Embouts auriculaires remplaçables Accessoires par unité - 1 pochette avec fermeture - 3 jeux d'embouts auriculaires - 1 pavillon pour enfant | 5 |
| 33 | Table à pansement | <p>Structure en tube d'acier époxy. Pieds protégés par des embouts en caoutchouc antidérapants.</p> <p>Dispositif de six panneaux amovibles antidérapants sur le plateau supérieur. Le plateau à mi-hauteur reçoit les six panneaux</p> <p>Dimensions du panneau : L x l : 60 x 30 cm</p> <p>Livrée avec un baquet en acier inox de 16 litres</p> | 1 |
| 34 | Table de chevet | <p>Matériel : ABS</p> <p>table coulissante, 1 tiroir, 1 armoire</p> <p>porte-serviettes</p> <p>4 roulettes</p> | 23 |
| 35 | Tablier | En sky avec corde (en plastique) au cou et corde au tronc | 10 |
| 36 | Tabouret à hauteur réglable | <p>Tabouret pour usage général robuste :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur réglable avec blocage possible en toute position. - Piétement métallique (acier inox ou peint) monté sur roulettes antistatiques à roulements à billes pivotant sur 360 degrés. - Siège recouvert de tissu plastifié lavable, de forme ronde, rembourré de mousse haute densité - Réglage de la hauteur par manette située sous l'assise permettant un ajustement entre 45 et 65 cm. | 3 |
| 37 | Tensiomètre Adulte | <p>Type : Manopoire anéroïde</p> <p>Méthode de mesure : Auscultatoire</p> <p>Manomètre sans butée de zéro, Cadran : Anti-choc</p> <p>Plage de mesure : 0 à 300 mmHg</p> <p>Graduation : 2 mmHg</p> <p>Précision : ± 3 mmHg</p> <p>Brassard velcro - Adult</p> <p>Livré en pochette vinyle</p> | 1 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 38 | Tensiomètre manuel à cadran enfant | Type : Manopaire anéroïde Méthode de mesure : Auscultatoire Manomètre sans butée de zéro, Cadran : Anti-choc Plage de mesure : 0 à 300 mmHg Graduation : 2 mmHg Précision : ± 3 mmHg Brassard velcro - Enfant Livré en pochette vinyle | 1 |
| 39 | Thermomètre électronique (thermomètre à infrarouge) | <ul style="list-style-type: none"> • Usages (utilisations) : Bébé, Enfant, Adulte • Temps de réaction rapide (- d'une minute) • Plage de température : de 32 à 43 °C (90 à 109,4°F) / - Alarme sonore en cas de fièvre • Arrêt automatiquement en cas de non utilisation / - Distance de mesure : de 3 à 5 cm • Température ambiante de fonctionnement : de 10 à 40 °C (50-104 °F) • Alimentation : DC 3V (2 piles AA) Livré avec : - 2 Piles AA / - 1 Etui de rangement | 5 |
| 40 | Toise adulte | 1 toise télescopique en bois hauteur 2 mètres environ - Dimensions du socle environ 400 x 400 mm - Graduation en cm et en mm sur règle chambrée dans la masse | 1 |
| 41 | Vitrine à instruments | Acier peint époxy Portes en verre transparent Verrouillable Avec 2 tablettes réglables et 1 tablette fixe Châssis métallique formant l'encadrement des portes (protection des angles et des bords latéraux de porte). Structure en tôle d'acier électrozinguée. Porte à deux battants, ouverture à 180°, en verre de sécurité d'épaisseur 6 mm minimum, avec 1 charnière par porte. Fermeture par serrure de sécurité avec canon incorporé poignée. Serrure accompagnée de 3 clefs numérotées. 2 étagères amovibles en verre réglables en hauteur Un piètement métallique (10 à 15 cm du sol) permettant le nettoyage de la surface au sol située en dessous. Il se termine par des embouts de protection plastique. Dimensions approximatives : H : 160 x l : 90 x P : 50 cm | 1 |
| 42 | Crayon dermatographe | - Crayon à grosse mine - Pour toute surface lisse : métal, verre, plastique | 2 |

Lot 2 : équipements standard

| N | LIBELLES | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|---|--|--|----------|
| 1 | Armoire 2 battants | Acier peint époxy Meuble de rangement * Armoire en bois, traitée laquée, comprenant deux portes battantes, dont l'une est verrouillée de l'intérieur. * Piétement assurant un passage minimal de 15 cm sous l'armoire, permettant un nettoyage. * Etagères réglables (minimum 4 étagères) * Dimensions (approximative) : 200 x 100 x 45 cm (h x l x P) * Fermeture par serrure à clés de sécurité Livrée montée et fonctionnelle avec deux (2) clés numérotées | 2 |
| 2 | Balai à manche (matériel d'hygiène) | 120 cm, tronc en bois, manche en forme de cylindre | 3 |
| 3 | Banquette 4 places | Banquettes en acier inoxydable 4 places Destiné à l'attente des patients -Structure en acier avec accoudoirs. -Paire de pieds en T avec patins antidérapants. -Largeur de l'assise :50cm -Dimension : H *L* P =236x 9x10 cm. -Poids maximum :350 kg. | 3 |
| 4 | Bureau 1 caissons | Plateau en ABS ou bois Bureau de travail en bois verni ne comportant qu'un caisson équipé de trois (3) tiroirs, pouvant être installés sur le côté gauche ou droit (choix lors du montage) - Possibilité de remplacer les deux (2) tiroirs du bas par un seul tiroir permettant l'emploi de dossiers suspendus - Armature autoportante en bois reposant sur des pieds munis de protections, avec un panneau de fond - Tiroirs à serrures amovibles en bois, avec des glissières métalliques et des butés de fin de courses - Deux (2) clés sont livrées avec les tiroirs - Dimension du plateau supérieur : 160 x 80 cm - hauteur de la table : 80 cm | 1 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|----|
| 5 | Bureau 2 caissons | <p>Plateau en ABS ou bois</p> <p>Bureau de travail en bois verni ne comportant qu'un caisson équipé de trois (3) tiroirs, pouvant être installés sur le côté gauche ou droit (choix lors du montage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de remplacer les deux (2) tiroirs du bas par un seul tiroir permettant l'emploi de dossiers suspendus - Armature autoportante en bois reposant sur des pieds munis de protections, avec un panneau de fond - Tiroirs à serrures amovibles en bois, avec des glissières métalliques et des butés de fin de courses - Deux (2) clés sont livrées avec les tiroirs - Dimension du plateau supérieur : 160 x 80 cm - hauteur de la table : 80 cm | 1 |
| 6 | chaise empilable | <p>Dimension: Hauteur 85 cm X Largeur X 50 cm X profondeur 55 cm</p> <p>Matière: plastique résistant au chocs et facile à nettoyer</p> <p>Avec manche</p> | 3 |
| 7 | chaise empilable / chaise visiteur | <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil en revêtement extérieur PVC enduit - Ossature et piétement en tube d'acier de diamètre 30 mm, monté sur 4 pieds fixes en acier recouvert de peinture résistante époxy - Assise, avec accoudoirs, en mousse de haute densité d'épaisseur 50 mm hauteur de l'assise 45 cm | 30 |
| 9 | Etagère de rangement | <ul style="list-style-type: none"> '- Acier peint époxy sans fond, ni panneaux latéraux - Charge par tablette allant jusqu'à 250 kgs - Composée de 4 tablettes en bois de 600 mm de largeur dont : <ul style="list-style-type: none"> * 1 tablette couverture/ * 1 tablette intermédiaire * 1 tablette de socle bas à au moins 15 cm de sol, permettant le nettoyage * 1 tablette à 600 mm de hauteur de la tablette de socle - Etagère modulaire se juxtaposant pour devenir une unité plus grande - Dimensions : Long. x Prof. x Haut. – (1000 x 600 x 2000 mm) Taille de hauteur et largeur adaptée à la pièce | 2 |
| 10 | Fauteuil agent | <p>Rembourrage : rembourré</p> <p>Réglable en hauteur</p> <p>Siège réglable en hauteur par vérin à gaz avec blocage en position haute</p> <p>5 roulettes</p> | 3 |

| | | | |
|----|---------------------------|--|---|
| 11 | Imprimante | <ul style="list-style-type: none"> - Imprimante laser couleur de bureau - Impression, copie, scan et fax au format A4 - Vitesse d'impression de 21 ppm, écran tactile LCD - Wi-Fi | 2 |
| 12 | lit de garde | <p>1.5. LIT DE GARDE</p> <p>Spécifications techniques</p> <p>Lit fixe</p> <p>Dosserets tête et pied en tube d'acier rond de diamètre 30 mm peint</p> <p>Piètement en tube d'acier rond de 30 mm de section, situé en retrait des extrémités, monté sur 4 embouts de protection en caoutchouc antidérapant.</p> <p>Cadre de sommier en tube d'acier rond amovible, sommier à lames de bois, bandes protégées individuellement par imprégnation de produit insecticide (anti xylophages)</p> <p>Dimension du couchage: environ 190 x 90 cm</p> <p>Livré avec Matelas avec housse amovible lavable en tissu plastifié</p> | 1 |
| 13 | Poubelle en plastique 50l | <p>Fonction : Collecte des déchets de toute sorte, pansements, cotons, ... avec fermeture par couvercle et commande à pied</p> <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau récepteur en plastique amovible avec poignée de transport, étanche aux liquides. - Enveloppe extérieure métallique, avec pédale de commande d'ouverture à pied et couvercle étanche. - Capacité minimale 10 Litres. | 3 |
| 14 | poubelle à pédale | <p>Fonction : Collecte des déchets de toute sorte, pansements, cotons, ... avec fermeture par couvercle et commande à pied</p> <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau récepteur en plastique amovible avec poignée de transport, étanche aux liquides. - Enveloppe extérieure métallique, avec pédale de commande d'ouverture à pied et couvercle étanche. - Capacité minimale 10 litres. | 1 |
| 15 | Poubelle aseptique | <p>Fonction : Collecte des déchets de toute sorte, pansements, cotons, ... avec fermeture par couvercle et commande à pied</p> <p>Spécifications techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau récepteur en plastique amovible avec poignée de transport, étanche aux liquides. - Enveloppe extérieure métallique, avec pédale de commande d'ouverture à pied et couvercle étanche. - Capacité minimale 10 litres. | 6 |
| 16 | Rouleau de papier padex | <p>Epaisseur: 22 gsm;</p> <p>Lisse non collant, silencieux, durable,écologique; anti-reflet, lisse</p> | 3 |

| | | | |
|----|---|--|----|
| 17 | Seau d'eau (Matériel d'hygiène) | Cylindre, 25L en plastique , avec poignée en métal | 10 |
| 18 | Table de conférence | Table de réunion - Plateau mélaminé (ou équivalent) - Obturateur permettant le passage de câbles (type ABS) | 1 |
| 19 | Table de travail | Table de réunion - Plateau mélaminé (ou équivalent) - Obturateur permettant le passage de câbles (type ABS) | 1 |
| 20 | Tableau d'affichage | Cadre en aluminium panneau de liège Dimensions : 60 x 90 cm | 1 |
| 21 | Tableau à trepied à bascule (Tableau Padex) | Dimension: 100x70 cm Matériels: surface du tableau résistant aux tâches et facile à nettoyer; Tube en acier; Trepied disponible | 1 |
| 22 | vidéo projecteur | Résolution native: HD 1080p Format : 4:3 compatible 16:9 Contraste: 1800:1 Résolution informatique: UXGA (1600x1200) Zoom: 1.2:1 Distance de projection : 0,75 m à 3,5 m Rapport de projection: 0,89 - 1,07 Normes vidéo: PAL, SECAM, NTSC Correction keystone :verticale +/- 30° Mode de projection : Avant, arrière et plafond Connectique vidéo Entrées : 1 HDMI, 1 VGA, 1 composite Connectique audio : 1 entrée stéréo | 1 |

| | | | |
|----|----------------------|--|---|
| 23 | Ordinateur Portable | <p>Type de processeur : Intel Core i5 6400 Fréquence CPU : 2.7 GHz/3.3 GHz Capacité Disque dur : 1 To SATA ou 512 SSD RAM : 8G Clavier : USB (AZERTY) Souris : Optique USB Système d'exploitation fourni : Windows 11 Edition Professionnelle 64 Bits Version Office : Office 2019 professionnelle 64 bits fourni avec le CD/DVD de la licence Version Antivirus : internet Security 2023/2024 fourni avec le CD/DVD de la licence ONDULEURS AVEC MULTIPRISES DE SORTIE Puissance nominale : 800 VA</p> | 1 |
| 24 | Ordinateur de Bureau | <p>Type de processeur : Intel Core i5 6400 Fréquence CPU : 2.7 GHz/3.3 GHz Capacité Disque dur : 1 To SATA ou 512 SSD RAM : 8G Clavier : USB (AZERTY) Souris : Optique USB Système d'exploitation fourni : Windows 11 Edition Professionnelle 64 Bits Version Office : Office 2019 professionnelle 64 bits fourni avec le CD/DVD de la licence Version Antivirus : internet Security 2023/2024 fourni avec le CD/DVD de la licence ONDULEURS AVEC MULTIPRISES DE SORTIE Puissance nominale : 800 VA</p> | 1 |

VII. BUDGET

Les propositions des soumissionnaires devront se faire sous forme d'offres Technique et financière et en deux documents distincts.

L'offre technique devra comporter les éléments suivants :

- La Déclaration Fiscale d'existence (DFE)
- Le registre de commerce
- Un bon de livraison d'articles similaires aux lots mentionnés
- La présentation générale de l'entreprise
- L'attestation de régularité fiscale (ARF) 2022
- La lettre de soumission avec le choix du lot indiqué
- La durée de la garantie (si applicable) de chaque équipement
- La fiche technique ou les caractéristiques de chaque équipement.

L'offre financière devra comporter les éléments suivants :

- Un facture proforma détaillée des équipements du lot (Le montant détaillé par ligne d'achat)
- Le montant global de la proposition ;
- Le mode de paiement (par virement bancaire de préférence). *Pour les virements, photocopie du RIB du compte bancaire;*
- Les modalités de paiement [*préciser la(les) date(s) du (des) versement(s) et conditions à respecter pour chaque versement le cas échéant*] ;

VIII. PRÉSENTATION DES OFFRES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les offres, citant en objet la référence : « PPMTN/PNLUB/AO/2023_02/Act.2.6.1 : **Achat d'équipements pour le pavillon MTN de San Pedro** (avec les numéros **CF 04/2023** (lot1) et **CF 05/2023** (Lot2)) doivent être soumises en français, en version électronique au plus tard le **21 novembre 2023** inclus à **15h30** (délai de rigueur) aux adresses ci-dessous : pnlub2017@gmail.com ; koaboapaul@gmail.com ; nerea@ecode.es

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le numéro : + 225 07 49 905 029



Professeur KALOGA Mamadou